INS-OHS-09-2026-00035 V2.0

Omnipod® 5 ist jetzt mit dem Dexcom® G7-Empfänger und der Dexcom G7-App kompatibel
Dexcom hat eine neue Version der Dexcom G7-Sensoren veröffentlicht, die es Omnipod 5-Anwendenden ermöglicht, ihren Sensor entweder mit der Dexcom G7-App oder dem Dexcom G7-Empfänger zu steuern (sodass nicht mehr ausschließlich die Dexcom G7-App verwendet werden muss).

Mit diesem Update sendet der Dexcom G7-Sensor Glukosewerte an den Pod und das Dexcom-Anzeigegerät (entweder die Dexcom G7-App oder den Dexcom G7-Empfänger).

Bitte beachten Sie die nachstehenden aktualisierten Anweisungen, um eine ordnungsgemäße Verbindung zwischen Pod und Sensor sicherzustellen:
Aktualisierte Anweisungen für Dexcom G7-Anwendende

- Das Verbindungsprinzip bleibt unverändert: Der Dexcom G7-Sensor muss sowohl mit dem Omnipod 5-System als auch mit einem Dexcom-Anzeigegerät verbunden sein. Als Anzeigegerät kann nun die Dexcom G7-App oder der Dexcom G7-Empfänger verwendet werden.