INS-OHS-09-2026-00030 V1.0

Omnipod® 5 är nu kompatibel med Dexcom® G7-mottagaren och Dexcom G7-appen.

Dexcom har släppt en ny version av Dexcom G7-sensorn som gör det möjligt för Omnipod 5-användare att hantera sin sensor antingen via Dexcom G7-appen eller Dexcom G7-mottagaren (tidigare kunde endast Dexcom G7-appen användas).

I och med uppdateringen skickar Dexcom G7-sensorn glukosvärden till Poden och Dexcom-visningsenheten (antingen Dexcom G7-appen eller Dexcom G7-mottagaren).

Användare ska följa de uppdaterade instruktionerna nedan för att säkerställa korrekt Pod-sensor-anslutning.

Uppdaterade instruktioner för Dexcom G7-användare

- Anslutningsprincipen är oförändrad: Dexcom G7-sensorn måste vara ansluten till både Omnipod 5-systemet och en Dexcom-visningsenhet, det vill säga från och med nu antingen Dexcom G7-appen eller Dexcom G7-mottagaren.